

篩網の目開き及び線径(公称目開き1mm以上)

公称目開き		目開きの許容差			線径		
主寸法	補助寸法	最大目開き +X	平均目開き ±Y	最大標準偏差	推奨線径	最大線径	最小線径
125	125	4.51	3.66	—	8	9.2	6.8
	106	3.99	3.12	—	6.3	7.2	5.4
90	90	3.53	2.66	—	6.3	7.2	5.4
	75	3.09	2.22	—	6.3	7.2	5.4
63	63	2.71	1.87	—	5.6	6.4	4.8
	53	2.39	1.58	—	5	5.8	4.3
45	45	2.12	1.35	1	4.5	5.2	3.8
	37.5	1.85	1.13	1	4.5	5.2	3.8
31.5	31.5	1.63	0.95	1	4	4.6	3.4
	26.5	1.44	0.8	1	3.55	4.1	3
22.4	22.4	1.27	0.68	0.92	3.55	4.1	3
	19	1.13	0.58	0.729	3.15	3.6	2.7
16	16	0.99	0.49	0.61	3.15	3.6	2.7
	13.2	0.86	0.41	0.506	2.8	3.2	2.4
11.2	11.2	0.77	0.35	0.43	2.5	2.9	2.1
	9.5	0.68	0.3	0.372	2.24	2.6	1.9
8	8	0.6	0.25	0.315	2	2.3	1.7
	6.7	0.53	0.21	0.269	1.8	2.1	1.5
5.6	5.6	0.47	0.18	0.235	1.6	1.9	1.3
	4.75	0.41	0.15	0.199	1.6	1.9	1.3
4	4	0.37	0.13	0.175	1.4	1.7	1.2
	3.35	0.32	0.11	0.151	1.25	1.5	1.06
2.8	2.8	0.29	0.09	0.13	1.12	1.3	0.95
	2.36	0.25	0.08	0.114	1	1.15	0.85
2	2	0.23	0.07	0.105	0.9	1.04	0.77
	1.7	0.2	0.06	0.087	0.8	0.92	0.68
1.4	1.4	0.18	0.05	0.076	0.71	0.82	0.6
	1.18	0.16	0.04	0.067	0.63	0.72	0.54
1	1	0.14	0.03	0.059	0.56	0.64	0.48

篩網の目開き及び線径(公称目開き1mm未満)

公称目開き		目開きの許容差			線径		
主寸法	補助寸法	最大目開き +X	平均目開き ±Y	最大標準偏差	推奨線径	最大線径	最小線径
	850	127	29	52.2	500	580	430
710	710	112	25	45.8	450	520	380
	60	101	21	40.5	400	460	340
500	500	89	18	35.9	315	360	270
	425	81	16	32.2	280	320	240
355	355	72	13	28.2	224	260	190
	300	65	12	25.4	200	230	170
250	250	58	9.9	22.4	160	190	130
	212	52	8.7	20	140	170	120
180	180	47	7.6	18	125	150	106
	150	43	6.6	16.3	100	115	85
125	125	38	5.8	14.4	90	104	77
	106	35	5.2	13.2	71	82	60
90	90	32	4.6	12	63	72	54
	75	29	4.1	10.9	50	58	43
63	63	26	3.7	9.9	45	52	38
	53	24	3.4	9	36	41	31
45	45	22	3.1	8.3	32	37	27
	38	20	2.9	7.7	30	35	24
R'10							
32		19	2.7	6.8	28	33	23
25		16	2.5	6.1	25	29	21
20		14	2.3	5.7	20	23	17

篩網の目開き及び線径(上方規格に含まれないもの)

公称目開き		目開きの許容差			線径		
主寸法	補助寸法	最大目開き +X	平均目開き ±Y	最大標準偏差	推奨線径	最大線径	最小線径
	1.6	0.19	0.05	0.082	0.8	0.92	0.68
	160	44	6.9	16.8	112	130	95
	100	34	5	12.8	71	82	60
	80	30	4.3	11.3	56	64	48

【株式会社八尾金網製作所】

住所:大阪府八尾市跡部北の町3-3-15
電話番号:072-992-2001