

篩用金網規格表

作成日:2020年2月22日
ver1.0

公称目開き(mm)		目開きの許容差(mm)		
主寸法	補助寸法	最大目開き(+)	平均目開き(±)	最大標準偏差
	0.85	0.127	0.029	0.0522
0.71	0.71	0.112	0.025	0.0458
	0.60	0.101	0.021	0.0405
0.50	0.50	0.089	0.018	0.0359
	0.43	0.081	0.016	0.0322
0.355	0.36	0.072	0.013	0.0282
	0.30	0.065	0.012	0.0254
0.25	0.25	0.058	0.0099	0.0224
	0.212	0.052	0.0087	0.0200
0.18	0.2	0.047	0.0076	0.0180
	0.2	0.043	0.0066	0.0163
0.125	0.125	0.038	0.0058	0.0144
	0.106	0.035	0.0052	0.0132
0.09	0.090	0.032	0.0046	0.0120
	0.075	0.029	0.0041	0.0109
0.063	0.063	0.026	0.0037	0.0099
	0.053	0.024	0.0034	0.0090
0.045	0.045	0.022	0.0031	0.0083
	0.038	0.020	0.0029	0.0077
0.032		0.019	0.0027	0.0068
0.025		0.016	0.0025	0.0061
0.02		0.014	0.0023	0.0057

【株式会社八尾金網製作所】

住所:大阪府八尾市跡部北の町3-3-15

TEL:072-992-2001

FAX:072-992-2002

URL: <http://www.yaokanaami.co.jp/>

e-mail: info@yaokanaami.co.jp